

paski testowe do pomiaru
profilu lipidowego we krwi
LipidPro®

LipidPro®

Skład zestawu

- Paski testowe do pomiaru profilu lipidowego (10)
- Kapilary (30)
- Instrukcja obsługi (1)

Ważne

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi
- ⚠ **Uwaga**
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia zabezpieczenia
- Etykieta RFID znajduje się na każdej fiolce z paskami testowymi
- Nie należy odrywać etykiety pasków testowych



8 809115 901064

ISC00792 Rev.2019-12-09

Made in Korea

LipidPro®

paski testowe do pomiaru
profilu lipidowego we krwi

Do użytku z aparatem LipidPro®

Cholesterol całkowity

Cholesterol frakcji HDL

Triglicerydy

DIATHER
DIAGNOSTICS & THERAPY
OSANG Healthcare
infopia

10
pasków
testowych



LipidPro®

- do użytku z aparatem LipidPro®
- wyrób do samokontroli lub użytku profesjonalnego
- do diagnostyki in vitro
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, temp. 2-30°C
- nie zamrażać
- wyrób jednorazowego użytku
- użyć w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia fiolki
- nie stosować po upływie daty ważności
- zamknąć szczelnie fiolkę natychmiast po użyciu
- zapoznać się z instrukcją obsługi
- zużyte paski testowe wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- badanie wykonywać w temperaturze 18-30°C

wyłączny dystrybutor:

DIATHER Petruszewicz, Sp. K.
ul. Ku Ujściu 19, - Gdańsk, Polska
tel.: 22 266 00 94;
www.diather.pl



OSANG Healthcare Co., Ltd.
132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (14040)
www.osanghgc.com

EC REP **Obelis S.A**

Bd. General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: + (32) 2.732.59.54 / Fax: + (32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

CE 0123

wyrób do samokontroli IVD ⓘ ⚠ +2 °C +30

LipidPro®

paski testowe do pomiaru
profilu lipidowego we krwi

Do użytku z aparatem LipidPro®

Cholesterol całkowity

Cholesterol frakcji HDL

Triglicerydy

DIATHER
DIAGNOSTICS & THERAPY
OSANG Healthcare
infopia

10
pasków
testowych



REF INFSPLO1A

LOT

